


ALLERG-O-SYSTEM

Manuelle Testdurchführung der Allergie in-vitro Diagnostik



Spezifikationen für die Allergie in-vitro Diagnostik

- ▲ ALLERG-O-SYSTEM bestehend aus Reader, Washer, Lichttisch (optional)
- ▲ Quantitative Bestimmung von spezifischem IgE, IgG, IgG4 und Gesamt IgE
- ▲ Standardkurve mit 4 oder 6 Standards (WHO kalibriert) für spezifisches IgE
- ▲ Bis zu 800 Bestimmungen pro Tag
- ▲ Optimiert für den Gebrauch mit Panels

Zugehörige Produkte

- ▲ Spezifisches IgE EAST mit 4 oder 6 Kalibratoren (REF 054xxxxPKL & REF 056xxxxPKL)
Referenzsystem (REF 074000PQ & REF 076000PQ)
Allergene (REF Code)
- ▲ Spezifischer IgE REAST (REF 052xxxxFL)
Referenzsystem (REF 07050FL)
Allergene (REF Code-FL)
- ▲ Spezifisches IgG (REF 10100PG)
Allergene (REF 13-Code-G)
- ▲ Spezifisches IgG4 (REF 10101PG)
Allergene (REF 13-Code-G)
- ▲ ECP (REF 20076)

DR FOOKE

2016-10